

Bereitschafts- und Wiederaufbaumaßnahmen der AEMP

POST-COVID-19 CHECKLISTE

COVID-19 hat die Welt, wie wir sie kennen, auf den Kopf gestellt. Krankenhäuser haben größtenteils auf Notfallplanung umgestellt und nicht lebensnotwendige Operationen wurden verschoben. Als vertrauenswürdiger Partner erwarten wir, dass die Zahl der chirurgischen Eingriffe in den Krankenhäusern in naher Zukunft erheblich zunehmen wird und damit auch die Auslastung in der AEMP. Mit nachfolgender Checkliste möchten wir Sie in Ihrer Aufgabe unterstützen, dieser erhöhten Nachfrage gerecht zu werden.



Personalplanung und Arbeitsprozesse

- Vorgängige Reinigung, Desinfektion und Organisation der AEMP
- Koordinieren Sie den OP-Plan so weit wie möglich in die Zukunft, um den Bedarf der AEMP einschätzen zu können
- Bewerten Sie die AEMP-Kapazität und ermitteln Sie potenzielle Ansätze zur Kapazitätserhöhung
- Überprüfung der Ausrüstung – aktuelle Nutzung und potenzielle zukünftige Nutzung
- Beurteilen Sie den Personalbedarf und möglichen Schulungsbedarf für zusätzliche Mitarbeiter
- Bewerten Sie den AEMP-Durchsatz, um Engpässe in den Arbeitsabläufen zu finden und zu beheben
- Bewertung des Materialbestands im sterilen Lager / sterilen Zwischenlager im Hinblick auf die erwartete Nachfragesteigerung
- Überprüfen Sie Instrumente, die repariert oder ersetzt werden müssen
- Bewerten Sie den Bedarf an Leihsets und nehmen Sie Kontakt mit den Lieferanten auf, um einen Anlieferungs- und Abholungsplan aufzustellen



Bereitschaft der Gerätschaft

- Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit aller Geräte, die möglicherweise stillgelegt wurden (gemäß Betriebsanleitung)
- Schnellstmögliche Durchführung von vorbeugenden Wartungsarbeiten an den Geräten
- Überprüfen und reparieren Sie Ausrüstungszubehör, wie z.B. Beladungsträger und Transportwagen
- Falls der Service durch Ihren Haustechniker durchgeführt wird, involvieren Sie ihn frühzeitig in der Planung
- Halten Sie an Renovierungsplänen oder Neuinstallationen so weit wie möglich fest, um zukünftige Engpässe zu vermeiden



Verbrauchsmaterial

- Bewertung des PSA (Persönliche Schutzausrüstung)-Bedarfs und des aktuellen Lagerbestands
- Überprüfen Sie die innerbetriebliche Versorgung mit Reinigungs-, und Desinfektionsmitteln für Ihre Gerätschaft
- Entsorgen Sie alle abgelaufenen oder bald ablaufenden Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Entsorgen Sie alle geöffneten Reinigungs- und Desinfektionsmittel, welche die empfohlene Haltbarkeitsdauer überschritten haben
- Ermitteln Sie den zusätzlichen Bedarf an Reinigungs- und Desinfektionsmittel aufgrund der höheren Auslastung
- Benachrichtigen Sie die Lieferkette über den Ersatzbedarf und das zusätzlich benötigte Inventar

Wir sind für Sie da.

Kontaktieren Sie den Belimed Service, um Wellness-Checks oder Besuche zur vorbeugenden Instandhaltung einzurichten.

Besuchen Sie www.belimed.com/coronavirus für weitere Informationen.